

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM Y TẾ THỦY NGUYÊN

Số: 29 /BG-TTYT
V/v yêu cầu báo giá thiết bị y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủy Nguyên, ngày 13 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế Thủy Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm máy điện tim với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thủy Nguyên, địa chỉ tại: Tổ dân phố Thủy Sơn 6, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông Phạm Mạnh Thắng
 - Số điện thoại: 0936.967.636
 - Địa chỉ email: phongvt.tbyt.bvdktn@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế, Trung tâm Y tế Thủy Nguyên, địa chỉ tại Tổ dân phố Thủy Sơn 6, phường Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 13 tháng 01 năm 2026 đến trước 15h00 ngày 26 tháng 01 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục thiết bị y tế:

STT	Danh mục thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy điện tim 6 kênh	I. YÊU CẦU CHUNG: - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Chất lượng: Mới 100% - Sử dụng nguồn điện: 220V/50Hz - Xuất xứ: Các nước thuộc nhóm G7 II. CẤU HÌNH CUNG CẤP: - Máy chính: 01 máy - Các phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: • Dây nguồn: 1 chiếc • Cáp điện tim: 1 bộ • Điện cực trước ngực: 6 chiếc • Điện cực kẹp chi: 4 chiếc • Giấy in: 1 tập • Pin sạc: 01 chiếc • Xe đẩy đặt máy: 01 chiếc • Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 1 bộ III. YÊU CẦU KỸ THUẬT: - Mạch vào: được cách ly và bảo vệ để tránh sốc điện tim - Đạo trình điện tim: 12 đạo trình - Độ nhạy: 10 mm/mV $\pm 2\%$ - Trở kháng đầu vào: $\geq 20 \text{ M}\Omega$ - Hệ số lọc nhiễu đồng pha: $\geq 100 \text{ dB}$ - Điện áp bù: $\geq \pm 550 \text{ mV}$ - Tần số đáp ứng: 0.05 Hz đến 150 Hz (-3 dB) - Thời gian thu nhận tín hiệu điện tim (khi ghi tự động): 10 đến 24 giây - Có cổng kết nối mạng LAN hoặc mạng không dây tích hợp - Có kết nối bộ nhớ ngoài - Có thể nhận thông tin người bệnh từ máy tính chủ bên ngoài.	03	Máy



		- Có thể xuất báo cáo ra máy tính qua kết nối mạng. - Xuất dữ liệu theo chuẩn DICOM, tương thích với hệ thống PACS/HIS Bệnh viện. - Màn hình hiển thị: ≥ 8 inch, dữ liệu hiển thị tối thiểu: 12 đạo trình - Phân tích điện tim: Áp dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh - Nguồn điện cung cấp: 220V/50Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ làm việc: 5 - 40°C + Độ ẩm: 25 - 95%		
--	--	--	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị:

- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Trung tâm Y tế Thủy Nguyên, địa chỉ tại: Tổ dân phố Thủy Sơn 6, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

- Yêu cầu:

+ Đồng bộ, đúng chủng loại, số lượng, đúng Model, ký mã hiệu, cấu hình và các thông số kỹ thuật được nêu trong báo giá.

+ Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi.

+ Đóng gói: Theo quy cách nhà sản xuất.

+ Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: tháng 02/2026

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong 60 ngày kể từ khi hai bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu, bên cung cấp hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thanh toán.

5. Các thông tin khác:

- Cung cấp đầy đủ: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ), tài liệu chứng minh hợp lệ và tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định



98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế khi bàn giao./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Cổng thông tin điện tử BV;
- Lưu: VT, Khoa Dược-VTTBYT.

QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

* Lê Khắc Tùng

HÀNG TRẠNG