

BỆNH VIỆN ĐK TP THỦY NGUYÊN

Số: 404/BG-BVTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủy Nguyên, ngày 29 tháng 05 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Thành Phố Thủy Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa máy móc, trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Thành phố Thủy Nguyên
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông Nguyễn Bá Thắng – Phó trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế
 - Số điện thoại: 0936980203
 - Địa chỉ email: phongvt.tbyt.bvdktn@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thủy Nguyên, phường Thủy Đường, Thành phố Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 30 tháng 05 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 10 tháng 06 năm 2025
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày dự kiến hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sửa chữa hệ thống sản xuất nước RO dùng cho thận nhân tạo Nước sản xuất: Việt Nam	Sửa chữa, thay thế linh kiện hỏng	1	Hệ thống	Bệnh viện đa khoa TP Thủy Nguyên	Tháng 6/2025
2	Bảo trì, bảo dưỡng máy lọc thận nhân tạo Hãng sản xuất: B-Braun Nước sản xuất: Đức	Bảo trì, bảo dưỡng	12	Máy	Bệnh viện đa khoa TP Thủy Nguyên	Tháng 6/2025

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Cổng thông tin điện tử BV;
- Lưu: VT.



Lê Khắc Tùng

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi : Ban lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thành Phố Thủy Nguyên.

Căn cứ đơn đề nghị gửi Ban lãnh đạo Bệnh viện; Phòng VTTBYT ngày 22/5/2025 của khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc. Phòng Vật tư – thiết bị y tế đã tiến hành khảo sát thực tế như sau:

- Hiện tại, đơn nguyên thận nhân tạo thuộc khoa CC – HSTC – CD có 16 máy lọc thận nhân tạo đang hoạt động; trong đó có 04 máy(hãng NIPRO) mới được trang bị năm 2024, 12 máy (hãng B-Braun) được trang bị từ năm 2014; 12 máy B- Braun nhiều năm chưa được bảo trì bảo dưỡng dẫn đến máy hay bị xảy ra lỗi khi đang hoạt động.
- Hệ thống sản xuất nước RO dùng cho thận nhân tạo được trang bị từ năm 2014. Trong quá trình sử dụng do chỉ có duy nhất 01 hệ thống nên rất khó khăn cho công tác lọc máu(không có hệ thống dự phòng khi sửa chữa, thay vật liệu lọc...).


Vì vậy, Phòng Vật tư – thiết bị y tế xin kính đề nghị:

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng cho 12 máy lọc thận nhân tạo (hãng B-Braun).
- Trang bị, lắp đặt thêm 01 hệ thống sản xuất nước RO dùng cho thận nhân tạo (hoạt động song song với hệ thống hiện có).


Kính mong Ban lãnh đạo Bệnh viện tạo điều kiện để phòng thực hiện tốt nhiệm vụ.
Phòng Vật tư – thiết bị y tế xin chân trọng cảm ơn!

Thủy Nguyên , ngày 28 tháng 5 năm 2025

PHÒNG VTTBYT



Nguyễn Bá Thắng



GIÁM ĐỐC

B.S CKII: *Lê Khảo Hùng*

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi : Ban lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thành Phố Thủy Nguyên.

Căn cứ đơn đề nghị gửi Ban lãnh đạo Bệnh viện; Phòng VTTBYT ngày 22/5/2025 của khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc. Phòng Vật tư – thiết bị y tế đã tiến hành khảo sát thực tế như sau:

- Hiện tại, đơn nguyên thận nhân tạo thuộc khoa CC – HSTC – CĐ có 16 máy lọc thận nhân tạo đang hoạt động; trong đó có 04 máy(hãng NIPRO) mới được trang bị năm 2024, 12 máy (hãng B-Braun) được trang bị từ năm 2014; 12 máy B- Braun nhiều năm chưa được bảo trì bảo dưỡng dẫn đến máy hay bị xảy ra lỗi khi đang hoạt động.
- Hệ thống sản xuất nước RO dùng cho thận nhân tạo được trang bị từ năm 2014. Trong quá trình sử dụng do chỉ có duy nhất 01 hệ thống nên rất khó khăn cho công tác lọc máu(không có hệ thống dự phòng khi sửa chữa, thay vật liệu lọc...).

Vì vậy, Phòng Vật tư – thiết bị y tế xin kính đề nghị:

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng cho 12 máy lọc thận nhân tạo (hãng B-Braun).
- Trang bị, lắp đặt thêm 01 hệ thống sản xuất nước RO dùng cho thận nhân tạo (hoạt động song song với hệ thống hiện có).


Kính mong Ban lãnh đạo Bệnh viện tạo điều kiện để phòng thực hiện tốt nhiệm vụ.
Phòng Vật tư – thiết bị y tế xin chân trọng cảm ơn!

Thủy Nguyên , ngày 28 tháng 5 năm 2025

LÃNH ĐẠO DUYỆT



PHÒNG VTTBYT




Nguyễn Bá Thắng

GIẤY BÁO HỒNG

STT	Tên dụng cụ hồng và lý do hồng	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
2.	Bình lọc nước RO bên thận vỡ thân vỏ bình, chảy rò nước.	cái	01	
2.				

Ngày ...23 tháng...5... năm 2025...

Trưởng khoa, phòng



Người nhận


Nguyễn Bá Thủy

BIÊN BẢN KIỂM TRA MÁY MÓC THIẾT BỊ

Tên thiết bị: Hệ thống lọc nước RO cho thân nhân tạo
Model:
Serial:

Căn cứ vào phiếu báo hỏng thiết bị của Khoa CC - HSTC - CP Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên.

Hôm nay, vào hồi 17 giờ 00', ngày 23 / 5 / 2025, tại Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên. Chúng tôi gồm có:

- 1- Nguyễn Bá Thái - Phòng VTBYT
- 2-
- 3-
- 4-

Đã tiến hành kiểm tra đánh giá thiết bị: Hệ thống nước RO dùng cho thân nhân tạo. Người sử dụng là Khoa CC - HSTC - CP.

Tình trạng như sau: Hệ thống bị chảy nước ở cột lọc than hoạt tính.

Sau khi xem xét, kiểm tra và đi đến kết luận:

Hệ thống bị nứt, ở cột lọc than hoạt tính.

Đề nghị: Thay thế mới cột lọc than hoạt tính.

Biên bản được lập vào hồi...../...../.....

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ SỬA CHỮA

PHÒNG VT-TBYT

Thị
Đis Chis Ss Thy

Thay
Nguyễn Bá Thái