

YÊU CẦU BÁO GIÁ MÁY LY TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy ly tâm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông Phạm Mạnh Thắng – Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế

- Số điện thoại: 0936.967.636

- Địa chỉ email: phongvt.tbyt.bvdktn@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 11 tháng 12 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 24 tháng 12 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị)



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy ly tâm	1.Yêu cầu chung: - Hàng mới 100% sản xuất 2024 trở về sau. - Thiết bị tối thiểu đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO-13485. - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ + Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$ 2.Cấu hình tối thiểu - Máy chính với màn hiển thị LCD : 01 chiếc - Rotor văng với tốc độ tối 4000 vòng/phút: 01 chiếc - Bộ giá đựng ống nghiệm, loại ống nghiệm 5-7ml : ≥ 24 lỗ 3. Thông số kỹ thuật: - Nguồn điện : 220/230V, 50/60Hz - Loại : ≥ 24 ống nghiệm - Dung tích tối đa : $\geq 360\text{mL}$ - Vận tốc tối đa (rpm) : ≥ 4000 - RCF tối đa (x g) : $\geq 2410 \times g$ - Cài đặt vận tốc : từ ≤ 200 đến ≥ 4000 vòng/phút, 10vòng/phút mỗi bước - Cài đặt thời gian giây : 1 giây mỗi bước, phút : 1 phút mỗi bước, giờ : 1 giờ mỗi bước - Gia tốc/ giảm tốc 2 nút chuyển đổi, giảm tốc tự nhiên - Bộ nhớ chương trình : ≥ 90, có sẵn nút chọn nhanh ≥ 3 chương trình. - Độ ồn tối đa : $\leq 63\text{dB}$	01	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt:

- Địa điểm lắp đặt: Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên - xã Thủy Sơn - huyện Thủy Nguyên - TP. Hải Phòng

- Yêu cầu: + Đồng bộ, đúng chủng loại, số lượng, đúng Model, ký mã hiệu, cấu hình và các thông số kỹ thuật được nêu trong báo giá.

+ Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi.

+ Đóng gói: Theo quy cách nhà sản xuất.

+ Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: tháng 12/2024

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong 60 ngày kể từ khi hai bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu, bên cung cấp hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thanh toán.

5. Các thông tin khác:

Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Với thiết bị nhập khẩu: CO, CQ, giấy phép nhập khẩu, catalog, tài liệu kỹ thuật của thiết bị, tờ khai hàng hóa nhập khẩu, Bảng phân loại TBYT, giấy phép lưu hành, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hóa đơn tài chính.


- Với thiết bị sản xuất trong nước: Giấy chứng nhận chất lượng, catalog, tài liệu kỹ thuật của thiết bị, Bảng phân loại TBYT, giấy phép lưu hành, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hóa đơn tài chính./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Công thông tin điện tử BV;
- Lưu: VT. 



GIÁM ĐỐC


Lê Khắc Tùng