

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN ĐK TP. THỦY NGUYÊN

Số: 203 /BG-BVTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủy Nguyên, ngày 24 tháng 3 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ ĐÈN CHIẾU VÀNG DA

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa thành phố Thủy Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Đèn chiếu vàng da với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa thành phố Thủy Nguyên
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông Phạm Mạnh Thắng – Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế
 - Số điện thoại: 0936.967.636
 - Địa chỉ email: phongvt.tbyt.bvdktn@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thành phố Thủy Nguyên, tổ dân phố số 6, đường 25/10, phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 25 tháng 3 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 07 tháng 4 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07 tháng 4 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	Đèn chiếu vàng da	THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Dải bước sóng: trong khoảng 400 đến 550nm - Thời gian hoạt động: Hiển thị thời gian hoạt động từ 0 đến 999 phút - Cài đặt thời gian điều trị đến 240 phút - Không phát tia cực tím - Độ nghiêng bầu đèn: 35° - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ: 10 đến 40° C/ Độ ẩm: 20% đến 95%. - Độ ồn khi hoạt động: ≤ 21 dB - Nguồn điện sử dụng: AC 220V – 240V, 50/60Hz	03	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm lắp đặt: Bệnh viện đa khoa thành phố Thủy Nguyên, tổ dân phố số 6, đường 25/10, phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

- Yêu cầu:

+ Đồng bộ, đúng chủng loại, số lượng, đúng Model, ký mã hiệu, cấu hình và các thông số kỹ thuật được nêu trong báo giá.

+ Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi.

+ Đóng gói: Theo quy cách nhà sản xuất.
+ Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: tháng 4/2025

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong 60 ngày kể từ khi hai bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu, bên cung cấp hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thanh toán.

5. Các thông tin khác:


Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Với thiết bị nhập khẩu: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ), giấy phép nhập khẩu, giấy phép lưu hành thiết bị, bảng phân loại thiết bị y tế, catalog, tài liệu kỹ thuật của thiết bị, tờ khai hàng hóa nhập khẩu, hóa đơn tài chính.

- Với thiết bị sản xuất trong nước: Giấy chứng nhận chất lượng, giấy phép lưu hành, bảng phân loại thiết bị, catalog, tài liệu kỹ thuật của thiết bị, hóa đơn tài chính./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Công thông tin điện tử BV;
- Lưu: VT, VTTBYT.


GIÁM ĐỐC
Lê Khắc Tùng

